

Název vyšetření: **Transglutamináza**

Vyšetření protilátek v lidském séru proti transglutamináze IgA a IgG metodou EIA.

Zkratka:	tTG IgA, tTG IgG		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.424	
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 5 ml	
Pokyny k odběru:	zkumavky s aktivátorem srážení nebo s gelem + aktivátorem srážení pro srážlivou krev		
Četnost (odezva):	týdně	Zpracováno:	pondělí
Transport:	co nejdříve do laboratoře při pokojové teplotě		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 7 dní	Teplota: 2 - 8°C	
Interference:	séra bakteriálně kontaminovaná, hemolytická, chylózní		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 91 173 82 113		
SOP číslo – název:	186 – Stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze		
Jednotka:	IU/ml, IP		
Poznámka:	Soubor céliakie vyšetřena transglutamináza společně s endomysiem.		

Referenční meze:

Protilátka	Referenční hodnota
IgA:	< 18 IU/ml – negativní
	> 22 IU/ml - pozitivní
IgG:	< 0,90 IP – negativní
	> 1,10 IP - pozitivní