

Název vyšetření: Chloridy v moči – odpad

Zkratka	CIO	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	moč sbíraná	Minimální množství: 10 ml
Pokyny k odběru:	z celkového množství nasbírané moče do laboratoře zaslat pouze odlitý vzorek (po promíchání), nádobu se sbíranou močí uchovávat v chladu a temnu	
Četnost (odezva):	Denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po skončení sběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita laboratoři:	čas:	
	teplota:	
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód:	Bod:
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-97	
Jednotka:	mmol	
Poznámka:	do žádanky udat celkové množství nasbírané moče, výpočet proveden z hodnot CIU a MnM24	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	120 - 240