

Výtěr z nosu

Vyšetření nosičství *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus aureus* MRSA, sledování kolonizace multirezistentními kmeny na ARO a JIP

Zkratka:	nos – výtěr z nosu nos-MRSA – výtěr z nosu cíleně na MRSA		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.504	
Materiál:	výtěr z nosu		
Odběrová souprava:	sterilní tampon v transportním médiu Amies		
Pokyny k odběru:	Sterilním tamponem se provede stěr z okraje nosního vchodu a následně se v hloubce zachytí krouživým pohybem nosní sekret.		
Četnost (odezva):	negat. výsledek - 2 dny pozit. výsledek - 2 - 5 dnů	Zpracováno:	denně
Transport:	2 hod. pokojová teplota, 24 hod. pokojová teplota		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 24 hod.	Teplota: pokojová teplota	
Vykazování pro pojišťovnu:	Výkon-kód základní: 82 017		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-109 – Kultivační vyšetření materiálu horních cest dýchacích		
Indikace:	Nosičství Staphylococcus aureus, Staphylococcus aures MRSA, sledování sekundární kolonizace pac. na ARO a JIP		
Interpretace:	Nález Staphylococcus aureus u předoperačních vyšetření, screening nosičství Staph. aureus MRSA, sledování kolonizace multirezistentními kmeny na ARO a JIP.		
Poznámka:	Požadavek na cílené vyšetření na MRSA označit na žádance.		